

PRODUCTO: **AGUA DESTILADA** REFERENCIA: **14010**
FECHA
FABRICACIÓN: **15/09/2021**
LOTE: **E210809** FECHA
EMISIÓN: **15/09/2021**

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	5.78
Conductividad	Máx. 1 μ S/cm a 25°C	0.5
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

Nota:

1. El Agua destilada reenvasada no tiene garantía.
2. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
3. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
4. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por encargado Control de Calidad: *Diana Delgado.*