

PRODUCTO: **URICONTROL** REFERENCIA: **20121**

LOTE: **220319** FECHA FABRICACIÓN: **07/03/2022**

FECHA VENCIMIENTO: **09/2022** FECHA EMISIÓN: **08/03/2022**

		URICONTROL I		URICONTROL II	
MÉTODO	PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido amarillo sin precipitado	Cumple	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple
	pH	5.0 – 6.0	6.0	6.0 – 7.0	6.5
	Densidad	1.005 -1.015	1.010	1.010 - 1.020	1.015
	Proteínas	1+ - 2+	++	3+ - 5+	++++
Desempeño	Glucosa	1+ - 3+	+	3+ - 4+	++++
	Cetona	negativo	Negativo	negativo - 2+	Negativo
	Urobilinógeno	normal	Normal	normal	Normal
	Bilirrubina	negativo	Negativo	negativo	Negativo
	Hemoglobina	1+ - 3+	+++	negativo	Negativo

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por Coordinadora control de Calidad (e):

Diana Delgado B.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)