

## **CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

Código: F04-PM1 Fecha: 01-02-2022

Versión: 04 Página 1 de 1

PRODUCTO:

**AGUA** 

REFERENCIA:

FABRICACIÓN:

14009

DESIONIZADA

FECHA

01/06/2022

LOTE:

F220448

**FECHA** EMISIÓN:

01/06/2022

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
рН	5 – 7	6.58
Conductividad	Máx. 1 µS/cm a 25°C	0.7
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

## Nota:

- 1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
- El agua desionizada reenvasada no tiene garantía. 2.
- 3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
- Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
- Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos. 5.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

Diana Gelves M. Angelica Rojas S.

