

PRODUCTO: **AGUA DESTILADA**      REFERENCIA: **14010**  
FECHA FABRICACIÓN: **21/07/2022**  
LOTE: **D220653**      FECHA EMISIÓN: **21/07/2022**

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	6.16
Conductividad	Máx. 1 $\mu$ S/cm a 25°C	0.6
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

Nota:

- El agua destilada corresponde a agua purificada grado USP.
- El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
- Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
- Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
- Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*