Albor Químicos	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	Código: **F04-PM1** Fecha: 01-02-2022 Versión: 04 Página 1 de 1

PRODUCTO:	**AGUA DESIONIZADA**	REFERENCIA:	**14009**
		FECHA FABRICACIÓN:	**25/07/2022**
LOTE:	**D220655**	FECHA EMISIÓN:	**25/07/2022**

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	5.72
Conductividad	Máx. 1 µS/cm a 25°C	0.7
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

Nota:
1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad: *Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por
Coordinadora Control de Calidad (e): *Angelica Rojas S.*