

PRODUCTO: **AGUA DESTILADA** REFERENCIA: **14010**
FECHA FABRICACIÓN: **28/07/2022**
LOTE: **E220653** FECHA EMISIÓN: **28/07/2022**

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	5.71
Conductividad	Máx. 1 μ S/cm a 25°C	0.7
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

Nota:

- El agua destilada corresponde a agua purificada grado USP.
- El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
- Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
- Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
- Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.