

PRODUCTO: **CITRATO DE SODIO 3.8 %** REFERENCIA: **11001**
LOTE: **210138** FECHA FABRICACIÓN: **22/01/2021**
FECHA VENCIMIENTO: **07/2022** FECHA EMISIÓN: **22/01/2021**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro sin precipitado	Cumple
Potenciometría	pH a 20°C	7.5 – 8.5	8.37
Densimetría	Densidad g/cm ³	1.015 – 1.025	1.020
Desempeño	Citrato de sodio 3.8% vs. sangre (proporción 1:9)	Capacidad anticoagulante	Cumple

.....
Análisis realizado por Analista de Calidad:

Laura Montoya F.

Revisado y aprobado por Jefe de Control de Calidad:

Nelly Reyes Torres

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)