

PRODUCTO: **FUCSINA DE GRAM** REFERENCIA: **12212**
LOTE: **210430** FECHA FABRICACIÓN: **19/04/2021**
FECHA VENCIMIENTO: **04/2023** FECHA EMISIÓN: **22/04/2021**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido rojo brillante sin precipitado	Cumple
	λ máx. absorción	540 – 550 nm	542
Espectrofotometría	Abs máx. λ dilución 1:500 1 cm	0.2007 – 0.2757	0.248
Desempeño	Coloración Gram	Bacterias Gram positivas de color morado Estructuras definidas Precipitados ausentes Buena y adecuada captación del colorante	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Laura Montoya F.

Revisado y aprobado por Jefe de Control de Calidad:

Nelly Reyes Torres

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)