

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Código: **F04-PM1** Fecha: 05-05-2021 Versión: 03 Página 20 de 24

PRODUCTO: **EOSINA 1%** REFERENCIA: **12513**

LOTE: 210526 FECHA FABRICACIÓN: 12/05/2021

FECHA VENCIMIENTO: 05/2023 FECHA EMISIÓN: 12/05/2021

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. abs.	510 – 520 nm	516
	Abs λ máx. 1:200	1.070 – 1.602	1.238
Desempeño	Coloración Eosinòfilos en moco nasal	Estructuras definidas Precipitados ausentes Buena y adecuada captación por el colorante	Cumple

.....

Revisado y aprobado por Coordinador Control de Calidad:

Zaida Contreras J.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)