

PRODUCTO: **LÍQUIDO ESPERMOGRAMA** REFERENCIA: **14003**
LOTE: **210650** FECHA FABRICACIÓN: **23/06/2021**
FECHA VENCIMIENTO: **06/2023** FECHA EMISIÓN: **23/06/2021**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Potenciometría	pH	8.0 – 9.0	8.2
Densimetría	Densidad	1.025 – 1.035	1.026

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Braian Viveros C.

Revisado y aprobado por Coordinador Control de Calidad:

Zaida Contreras J.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)