

PRODUCTO: **CITRATO DE SODIO 3.8 %** REFERENCIA: **11001**
LOTE: **210653** FECHA FABRICACIÓN: **24/06/2021**
FECHA VENCIMIENTO: **12/2022** FECHA EMISIÓN: **24/06/2021**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro sin precipitado	Cumple
Potenciometría	pH a 20°C	7.50 – 8.50	8.20
Densimetría	Densidad g/cm ³	1.015 – 1.025	1.015
Desempeño	Citrato de sodio 3.8% vs. sangre (proporción 1:9)	Capacidad anticoagulante	Cumple

.....
Análisis fisicoquímico realizado por Analista de Calidad:

Braian Viveros C.

Análisis desempeño realizado por Bacterióloga:

Diana Delgado B.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad:

Zaida Contreras J.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)