

PRODUCTO: **REDUCTEST** REFERENCIA: **20212**  
LOTE: **221009** FECHA FABRICACIÓN: **04/10/2022**  
FECHA VENCIMIENTO: **04/2023** FECHA EMISIÓN: **04/10/2022**

MÉTODO	PARAMETRO	ESPECIFICACIONES		RESULTADO
<b>Físico</b>	Aspecto	Activador	Polvo cristalino blanco	Cumple
		Reactivo	Polvo ligeramente azul	Cumple
		Negativo	Azul	Cumple
<b>Desempeño</b>	Detección de azúcares reductores (Viraje de color)	Positivo 0.25%	Verde oscuro	Cumple
		Positivo 0.75%	Verde marrón	Cumple
		Positivo 1 %	Pardo	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por encargado Control de Calidad:

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)