

PRODUCTO: **ALCOHOL ACIDO** REFERENCIA: **12221**  
LOTE: **221112** FECHA FABRICACIÓN: **03/11/2022**  
FECHA VENCIMIENTO: **11/2025** FECHA EMISIÓN: **03/11/2022**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro traslúcido sin precipitado	Cumple
Acidimetría	Normalidad	0.33 – 0.37	0.351
Desempeño	Coloración Zielh Neelsen	Estructuras definidas Precipitados ausentes Control Positivo: Bacilos Rojos y resistentes a la decoloración Control Negativo: Cocos azules	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)