

PRODUCTO: **OXALATO DE AMONIO 1%** REFERENCIA: **14006**  
LOTE: **221150** FECHA FABRICACIÓN: **17/11/2022**  
FECHA VENCIMIENTO: **05/2024** FECHA EMISIÓN: **17/11/2022**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro trasparente sin partículas extrañas	Cumple
Densimetría	Densidad g/cm <sup>3</sup>	1.001 – 1.003	1.0023
Desempeño	Observación de plaquetas en sangre total anticoagulada	Plaquetas redondas, con gran índice de refracción	Cumple
		Ausencia de Precipitados	

.....  
Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)