

PRODUCTO: **CLORURO DE SODIO 0.85 %** REFERENCIA: **14004**
LOTE: **221151** FECHA FABRICACIÓN: **17/11/2022**
FECHA VENCIMIENTO: **05/2024** FECHA EMISIÓN: **18/11/2022**

| MÉTODO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|-------------|---------------------|--|-----------|
| Físico | Aspecto | Líquido transparente, sin precipitado | Cumple |
| Volumétrico | Porcentaje NaCl | 0.841 – 0.859 | 0.851 |
| Desempeño | Propiedad isotónica | Morfología glóbulos rojos: No crenados, no hemolizados | Cumple |

Análisis fisicoquímico realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)