

PRODUCTO: **FUCSINA DE GRAM** REFERENCIA: **12212**  
LOTE: **221153** FECHA FABRICACIÓN: **21/11/2022**  
FECHA VENCIMIENTO: **11/2024** FECHA EMISIÓN: **24/11/2022**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido rojo brillante sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	$\lambda$ máx. absorción	540 – 550 nm	542
	Abs máx. $\lambda$ dilución 1:500 1 cm	0.200 – 0.280	0.280
Desempeño	Coloración Gram	Bacterias Gram positivas de color morado Estructuras definidas Precipitados ausentes Buena y adecuada captación del colorante	Cumple

.....  
Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)