

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Código: F04-PM1 Fecha: 01-02-2022

Versión: 04 Página 1 de 1

PRODUCTO: AGUA DESTILADA

REFERENCIA: 14010

FABRICACIÓN:

FECHA

22/11/2022

FECHA LOTE: C221101

22/11/2022 EMISIÓN:

| PARAMETRO | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|---------------------------|---------------------|-----------|
| рН | 5 – 7 | 5.96 |
| Conductividad | Máx. 1 μS/cm a 25°C | 0.5 |
| Reducción Permanganato | Negativo | Cumple |
| Cloruros | Negativo | Cumple |
| Sulfatos | Negativo | Cumple |
| Calcio | Negativo | Cumple |
| Dureza | Negativo | Cumple |

Nota:

- 1. El agua destilada corresponde a agua purificada grado USP.
- 2. El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
- 3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
- Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
- 5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S. *Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)

