

PRODUCTO: **CLORURO DE SODIO 0.85 %** REFERENCIA: **14004**  
LOTE: **221234** FECHA FABRICACIÓN: **09/12/2022**  
FECHA VENCIMIENTO: **06/2024** FECHA EMISIÓN: **12/12/2022**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Porcentaje NaCl	0.841 – 0.859	0.851
Desempeño	Propiedad isotónica	Morfología glóbulos rojos: No crenados, no hemolizados	Cumple

Análisis fisicoquímico realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angélica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)