

PRODUCTO: **REDUCTEST** REFERENCIA: **20212**
LOTE: **230102** FECHA FABRICACIÓN: **10/01/2023**
FECHA VENCIMIENTO: **06/2023** FECHA EMISIÓN: **10/01/2023**

MÉTODO	PARAMETRO	ESPECIFICACIONES		RESULTADO
Físico	Aspecto	Activador	Polvo cristalino blanco	Cumple
		Reactivo	Polvo ligeramente azul	Cumple
		Negativo	Azul	Cumple
Desempeño	Detección de azúcares reductores (Viraje de color)	Positivo 0.25%	Verde oscuro	Cumple
		Positivo 0.75%	Verde marrón	Cumple
		Positivo 1 %	Pardo	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por encargado Control de Calidad:

Angelica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)