

PRODUCTO: **EDTA** REFERENCIA: **11003**
LOTE: **230142** FECHA FABRICACIÓN: **24/01/2023**
FECHA VENCIMIENTO: **01/2026** FECHA EMISIÓN: **25/01/2023**

| MÉTODO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Físico | Aspecto | Líquido incoloro, transparente, sin precipitado | Cumple |
| Volumetría | Concentración EDTA | 4.9 – 5.3 % | 5.015 |
| Desempeño | 0.2 ml EDTA vs 5 ml sangre | Capacidad anticoagulante | Cumple |

Análisis fisicoquímico realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)