

PRODUCTO: **CITRATO DE SODIO 3.8 %** REFERENCIA: **11001**  
LOTE: **230144** FECHA FABRICACIÓN: **26/01/2023**  
FECHA VENCIMIENTO: **07/2024** FECHA EMISIÓN: **26/01/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro sin precipitado	Cumple
Potenciometría	pH a 20°C	7.50 – 8.50	8.33
Densimetría	Densidad g/cm <sup>3</sup>	1.015 – 1.025	1.021
Desempeño	Citrato de sodio 3.8% vs. sangre (proporción 1:9)	Capacidad anticoagulante	Cumple

.....

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)