

PRODUCTO: **CITRATO DE SODIO 3.8 %** REFERENCIA: **11001**
LOTE: **230201** FECHA FABRICACIÓN: **01/02/2023**
FECHA VENCIMIENTO: **08/2024** FECHA EMISIÓN: **01/02/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro sin precipitado	Cumple
Potenciometría	pH a 20°C	7.50 – 8.50	8.30
Densimetría	Densidad g/cm ³	1.015 – 1.025	1.021
Desempeño	Citrato de sodio 3.8% vs. sangre (proporción 1:9)	Capacidad anticoagulante	Cumple

.....
Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)