

PRODUCTO: **CLORURO DE SODIO 0.85 %** REFERENCIA: **14004**
LOTE: **230212** FECHA FABRICACIÓN: **03/02/2023**
FECHA VENCIMIENTO: **08/2024** FECHA EMISIÓN: **03/02/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Porcentaje NaCl	0.841 – 0.859	0.845
Desempeño	Propiedad isotónica	Morfología glóbulos rojos: No crenados, no hemolizados	Cumple

Análisis fisicoquímico realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)