

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	Código: F04-PM1 Fecha: 01-02-2022 Versión: 04 Página 1 de 1
---	--------------------------------	---

PRODUCTO:	COLOR-QUICK	REFERENCIA:	07013
LOTE:	230218	FECHA FABRICACIÓN:	07/02/2023
FECHA VENCIMIENTO:	02/2024	FECHA EMISIÓN:	07/02/2023

REACTIVO	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Color Quick Fijador	Físico	Aspecto	Líquido verde translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs.	612 – 622 nm	618
		Abs. λ máx. 1cm	0.122 – 0.408	0.346
Color Quick I	Físico	Aspecto	Líquido naranja oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs.	510 – 520 nm	516
		Abs. λ máx. 1:125 1cm	1.127 – 1.380	1.344
Color Quick II	Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs.	627 – 637 nm	630
		Abs. λ máx. 1:125 1cm	0.774 – 1.102	1.102

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por coordinadora de Calidad (e):

Angelica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)