

PRODUCTO: **CONTROL COLORACIÓN GRAM** REFERENCIA: **52011**

LOTE: **230233** FECHA FABRICACIÓN: **13/02/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **01/2024** FECHA EMISIÓN: **13/02/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Coloración Gram	Control Positivo Cepa ATCC <i>Staphylococcus aureus</i> 25923	Se observan Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control Negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i> 8739	Se observan Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo	Cumple

.....  
Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angélica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)