

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Código: **F04-PM1** Fecha: 01-02-2022 Versión: 04 Página 1 de 1

PRODUCTO: GIEMSA REFERENCIA: 12125

LOTE: 230243 FECHA FABRICACIÓN: 17/02/2023

FECHA

VENCIMIENTO: **02/2025** FECHA EMISIÓN: **17/02/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro sin precipitados	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. abs. (1) λ máx. abs. (2)	520 – 532 nm 622 – 632 nm	526.2 625.6
	Abs. máx. λ (1) 1:500 1cm Abs. máx. λ (2) 1:500 1cm	0.58 - 0.73 1.22 - 1.70	0.623 1.371
Desempeño	Coloración Giemsa en Gota Gruesa	Estructuras definidas Precipitados ausentes Plaquetas esponjosas Glóbulos Blancos con citoplasma formado, núcleo púrpura azul Gránulos eosinófilos color naranja Glóbulos rojos deshemoglobinizados	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Karen Gómez P.

Revisado y aprobado por encargado Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.

^{*}Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (PO2-PM1)