

	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS</b>	Código: <b>F04-PM1</b> Fecha: 01-02-2022 Versión: 04 Página 1 de 1
---	--------------------------------	---

PRODUCTO:	<b>KOVAC</b>	REFERENCIA:	<b>20301</b>
LOTE:	<b>230247</b>	FECHA FABRICACIÓN:	<b>21/02/2023</b>
FECHA VENCIMIENTO:	<b>02/2025</b>	FECHA EMISIÓN:	<b>21/02/2023</b>

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Color	Líquido amarillo claro traslúcido sin precipitados	Cumple
Prueba de Desempeño	Determinación producción de Indol en cultivo bacteriano	Cepa Indol positivo color rosado a rojo	Cumple
		Cepa Indol negativo sin cambio de color	Cumple

\*Los anteriores resultados son reportados por laboratorio externo.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)