

PRODUCTO: **AGUA DESIONIZADA**      REFERENCIA: **14009**  
FECHA FABRICACIÓN: **08/02/2023**  
LOTE: **C230114**      FECHA EMISIÓN: **08/02/2023**

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	6.72
Conductividad	Máx. 1 $\mu$ S/cm a 25°C	0.6
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

**Nota:**

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. **(P02-PM1)**