

PRODUCTO:	AGUA DESTILADA	REFERENCIA:	14010
LOTE:	F230112	FECHA FABRICACIÓN:	27/02/2023
		FECHA EMISIÓN:	27/02/2023

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	6.57
Conductividad	Máx. 1 µS/cm a 25°C	0.7
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

.....

Nota:

1. El agua destilada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:	<i>Diana Gelves M.</i>
Revisado y aprobado por	

Coordinadora Control de Calidad (e):	<i>Angelica Rojas S.</i>
--------------------------------------	--------------------------

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. **(P02-PM1)**