

PRODUCTO:	<b>AGUA DESTILADA</b>	REFERENCIA:	<b>14010</b>
FABRICADO POR:	<b>QUIMICOS ALBOR</b>	FECHA FABRICACIÓN:	<b>28/02/2023</b>
LOTE:	<b>F230112</b>	FECHA EMISIÓN:	<b>28/02/2023</b>

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	6.62
Conductividad	Máx. 1 $\mu$ S/cm a 25°C	0.7
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

**Nota:**

1. El agua destilada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)