

PRODUCTO:	AGUA DESIONIZADA	REFERENCIA:	14009
		FECHA FABRICACIÓN:	27/02/2023
LOTE:	F230114	FECHA EMISIÓN:	27/02/2023

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 – 7	6.53
Conductividad	Máx. 1 μ S/cm a 25°C	0.8
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

-
- Nota:
- 1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
 - 2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
 - 3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
 - 4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
 - 5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:	<i>Diana Gelves M.</i>
Revisado y aprobado por	
Coordinadora Control de Calidad (e):	<i>Angelica Rojas S.</i>
*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)	