

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

Código: M1-02-F04 Fecha: 01-11-2022 Versión: 05 Página 1 de 1

PRODUCTO: **DETERPLUS ENZIMÁTICO** REFERENCIA: 14025

LOTE: 230304 FECHA FABRICACIÓN: 02/03/2023

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**

FECHA EMISIÓN: FECHA VENCIMIENTO: 09/2024 02/03/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido traslúcido, libre de material particulado	Cumple
	Color	Azul verdoso	Cumple
Potenciometría	pH 20°C	7.0 – 8.0	7.05
Densimetría	g/cm ³ 20°C	1.020 – 1.040	1.034

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Revisado y aprobado por Coordinadora control de Calidad (e):

Diana Gelves M. Angélica Rojas S.

^{*}Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)