

PRODUCTO: **CONTROL COLORACIÓN GRAM** REFERENCIA: **52011**FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**LOTE: **230350** FECHA FABRICACIÓN: **24/03/2023**FECHA VENCIMIENTO: **03/2024** FECHA EMISIÓN: **24/03/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Coloración Gram	Control Positivo Cepa ATCC <i>Staphylococcus aureus</i> 25923	Se observan Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control Negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i> 8739	Se observan Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)