

PRODUCTO: **AGUA DESIONIZADA** REFERENCIA: **14009**
FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR** FECHA FABRICACIÓN: **16/03/2023**
LOTE: **B230320** FECHA EMISIÓN: **16/03/2023**

| PARAMETRO | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|------------------------|--------------------------|-----------|
| pH | 5 – 7 | 6.15 |
| Conductividad | Máx. 1 μ S/cm a 25°C | 0.6 |
| Reducción Permanganato | Negativo | Cumple |
| Cloruros | Negativo | Cumple |
| Sulfatos | Negativo | Cumple |
| Calcio | Negativo | Cumple |
| Dureza | Negativo | Cumple |

Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.**Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. **(P02-PM1)**