

PRODUCTO: **AGUA DESTILADA** REFERENCIA: **14010**  
FABRICADO **QUIMICOS** FECHA FABRICACIÓN: **30/03/2023**  
POR: **ALBOR**  
LOTE: **D230318** FECHA EMISIÓN: **30/03/2023**

| PARAMETRO              | ESPECIFICACIONES         | RESULTADO |
|------------------------|--------------------------|-----------|
| pH                     | 5 – 7                    | 6.70      |
| Conductividad          | Máx. 1 $\mu$ S/cm a 25°C | 0.5       |
| Reducción Permanganato | Negativo                 | Cumple    |
| Cloruros               | Negativo                 | Cumple    |
| Sulfatos               | Negativo                 | Cumple    |
| Calcio                 | Negativo                 | Cumple    |
| Dureza                 | Negativo                 | Cumple    |

**Nota:**

1. El agua destilada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)