

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| PRODUCTO: | AGUA DESTILADA | REFERENCIA: | 14010 |
| FABRICADO POR: | QUIMICOS ALBOR | FECHA FABRICACIÓN: | 10/04/2023 |
| LOTE: | D230318 | FECHA EMISIÓN: | 10/04/2023 |

| PARAMETRO | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|---------------------------|--------------------------|-----------|
| pH | 5 – 7 | 6.95 |
| Conductividad | Máx. 1 μ S/cm a 25°C | 0.6 |
| Reducción Permanganato | Negativo | Cumple |
| Cloruros | Negativo | Cumple |
| Sulfatos | Negativo | Cumple |
| Calcio | Negativo | Cumple |
| Dureza | Negativo | Cumple |

Nota:

1. El agua destilada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua destilada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)