

PRODUCTO: **AGUA DESIONIZADA** REFERENCIA: **14009**  
FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR** FECHA FABRICACIÓN: **11/04/2023**  
LOTE: **E230320** FECHA EMISIÓN: **11/04/2023**

| PARAMETRO              | ESPECIFICACIONES         | RESULTADO |
|------------------------|--------------------------|-----------|
| pH                     | 5 – 7                    | 6.24      |
| Conductividad          | Máx. 1 $\mu$ S/cm a 25°C | 0.7       |
| Reducción Permanganato | Negativo                 | Cumple    |
| Cloruros               | Negativo                 | Cumple    |
| Sulfatos               | Negativo                 | Cumple    |
| Calcio                 | Negativo                 | Cumple    |
| Dureza                 | Negativo                 | Cumple    |

**Nota:**

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Diana Gelves M.*

Revisado y aprobado por

Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. **(P02-PM1)**