

## **CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT**

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-11-2022 Versión: 05 Página 1 de 1

PRODUCTO: **FUCSINA FENICADA** REFERENCIA: 12222

**FABRICADO POR: QUIMICOS ALBOR** 

230543 24/05/2023 LOTE: FECHA FABRICACIÓN:

**FECHA VENCIMIENTO:** 05/2025 FECHA EMISIÓN: 29/05/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido rojo brillante sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	540 – 550 nm	550 nm
	Abs máx. λ dilución 1:1000 1 cm	0.432 - 0.721	0.624
Desempeño	Coloración Zielh Neelsen	Estructuras definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M. Angélica Rojas S

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. *(P02-PM1)* 

Revisado y aprobado por Coordinadora de Calidad (e):







