

PRODUCTO: **CONTROL COLORACIÓN ZN** REFERENCIA: **52021**  
FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**  
LOTE: **230550** FECHA FABRICACIÓN: **30/05/2023**  
FECHA VENCIMIENTO: **05/2024** FECHA EMISIÓN: **30/05/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Coloración Ziehl Neelsen	Control Positivo	<b>Presencia</b> de Bacilos Ácido Alcohol Resistentes BAAR, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo	Cumple
	Control Negativo	<b>Ausencia</b> de Bacilos Acido Alcohol Resistentes BAAR. Se observan leucocitos, moco y bacterias escasas color azul.	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)