

PRODUCTO: **LÍQUIDO ESPERMOGRAMA** REFERENCIA: **14003**
FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**
LOTE: **230552** FECHA FABRICACIÓN: **31/05/2023**
FECHA VENCIMIENTO: **05/2025** FECHA EMISIÓN: **31/05/2023**

| MÉTODO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|----------------|-----------------|---|-----------|
| Físico | Aspecto | Líquido incoloro, transparente, sin precipitado | Cumple |
| Potenciometría | pH | 8.00 – 9.00 | 8.11 |
| Densimetría | Densidad (g/mL) | 1.020 – 1.035 | 1.031 |

.....
Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por encargado Control de Calidad:

Angelica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)