

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-11-2022 Versión: 05 Página 1 de 1

PRODUCTO: **TURK** REFERENCIA: 14008

QUÍMICOS ALBOR FABRICADO POR:

FECHA LOTE: 230553 31/05/2023 FABRICACIÓN:

FECHA EMISIÓN: FECHA VENCIMIENTO: 05/2026 31/05/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido color azul claro, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	660 – 670 nm	664
	Abs máx. λ dilución 10:100 1 cm	0.1675 – 0.2076	0.179
Volumetría	Concentración % CH₃COOH	2.94 – 3.06	3.01 %
Desempeño	Observación Glóbulos Blancos	Núcleo de Glóbulos Blancos refringentes	
		Precipitados ausentes	Cumple
		Buena y adecuada captación	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M. Angelica Rojas S. Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

542 6312 - 608 5439 - 485 7418

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)

316 3339598

