

PRODUCTO: **CONTROL COLORACIÓN GRAM** REFERENCIA: **52011**
FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**
LOTE: **230610** FECHA FABRICACIÓN: **05/06/2023**
FECHA VENCIMIENTO: **04/2024** FECHA EMISIÓN: **05/06/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Coloración Gram	Control Positivo Cepa ATCC <i>Staphylococcus aureus</i> 25923	Se observan Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control Negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i> 8739	Se observan Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)