

PRODUCTO: **OXALATO DE AMONIO 1%** REFERENCIA: **14006**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**

LOTE: **230621** FECHA FABRICACIÓN: **13/06/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **12/2024** FECHA EMISIÓN: **13/06/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro transparente sin partículas extrañas	Cumple
Densimetría	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	1.001 – 1.003	1.0019
Potenciométrico	pH	5.62 – 6.75	6.50
Desempeño	Observación de plaquetas en sangre total anticoagulada	Plaquetas redondas, con gran índice de refracción Ausencia de Precipitados	Cumple

.....

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.*

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*