

CERTIFICADO ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **CONTROL COLORACIÓN GRAM** REFERENCIA: **52011**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**

LOTE: **230701** FECHA FABRICACIÓN: **05/07/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **06/2024** FECHA EMISIÓN: **05/07/2023**

| MÉTODO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|-----------------|--|---|-----------|
| Coloración Gram | Control Positivo Cepa ATCC <i>Staphylococcus aureus</i> 25923 | Se observan Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta | Cumple |
| | Control Negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i> 8739 | Se observan Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo | Cumple |

.....

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)