

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO:	COLOR-QUICK	REFERENCIA:	07013
FABRICADO POR:	QUIMICOS ALBOR		
LOTE:	230724	FECHA FABRICACIÓN:	11/07/2023
FECHA VENCIMIENTO:	07/2024	FECHA EMISIÓN:	11/07/2023

REACTIVO	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Color Quick Fijador	Físico	Aspecto	Líquido verde translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs. Abs. λ máx. 1cm	612 – 622 nm 0.122 – 0.408	613 0.161
Color Quick I	Físico	Aspecto	Líquido naranja oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs. Abs. λ máx. 1:125 1cm	510 – 520 nm 1.127 – 1.380	510 1.141
Color Quick II	Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs. Abs. λ máx. 1:125 1cm	627 – 637 nm 0.774 – 1.102	629 0.790

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.*

Revisado y aprobado por coordinadora de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)