

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO:	GIEMSA	REFERENCIA:	12125
FABRICADO POR:	QUIMICOS ALBOR		
LOTE:	230730	FECHA FABRICACIÓN:	13/07/2023
FECHA VENCIMIENTO:	07/2025	FECHA EMISIÓN:	13/07/2023

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro sin precipitados	Cumple
Espectrofotometría	$\lambda$ máx. abs. (1)	520 – 532 nm	528.0
	$\lambda$ máx. abs. (2)	622 – 632 nm	624.0
	Abs. máx. $\lambda$ (1) 1:500 1cm	0.58 – 0.73	0.610
	Abs. máx. $\lambda$ (2) 1:500 1cm	1.22 – 1.70	1.320
Desempeño	Coloración Giemsa en Gota Gruesa	Estructuras definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Plaquetas esponjosas	
		Glóbulos Blancos con citoplasma formado, núcleo púrpura azul	
		Gránulos eosinófilos color naranja	
		Glóbulos rojos deshemoglobinizados	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

*Jonathan Fonnegra M.*

Revisado y aprobado por encargado Control de Calidad (e):

*Angélica Rojas S.*

\*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)

