

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **FIELD AZUL METILENO FOSFATADO** REFERENCIA: **12123**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**

LOTE: **230733** FECHA FABRICACIÓN: **17/07/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **07/2025** FECHA EMISIÓN: **17/07/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro, sin partículas en suspensión	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. absorción	660 – 670 nm	661
	Abs λ máx. Dilución 1:500 1cm	0.301 – 0.360	0.358
Desempeño	Coloración Field en Gota Gruesa	Estructuras definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Plaquetas esponjosas	
		Glóbulos rojos deshemoglobinizados	
		Núcleo glóbulos blancos azules	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angélica Rojas S.**Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. **(P02-PM1)**