

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **AZUL CRESIL BRILLANTE** REFERENCIA: **12103**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230738** FECHA FABRICACIÓN: **18/07/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **07/2025** FECHA EMISIÓN: **18/07/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. Abs	620 – 630 nm	626
	Abs λ máx. 1:500 1 cm	1.124 – 1.824	1.381
Desempeño	Extendido para recuento de Reticulocitos en lámina	Cromatina de reticulocitos azul oscuro definido	Cumple
		Citoplasma gris definido	
		Fondo sin precipitado	
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angélica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)