

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **AZUL DE LACTOFENOL** REFERENCIA: **12401**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR SAS**

LOTE: **230739** FECHA FABRICACIÓN: **19/07/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **07/2026** FECHA EMISIÓN: **19/07/2023**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul traslúcido, ligeramente viscoso, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría	λ máx. abs	595 – 605 nm	598
	Abs λ máx. 1:1000	0.43 – 0.51	0.430
Desempeño	Observación de hongo obtenido en cultivo por aislamiento	Estructuras micóticas azules, definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

*Angelica Rojas S.**Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. **(P02-PM1)**