

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

PRODUCTO: **COLOR-QUICK** REFERENCIA: **07013**

FABRICADO POR: **QUIMICOS ALBOR**

LOTE: **230740** FECHA FABRICACIÓN: **18/07/2023**

FECHA VENCIMIENTO: **07/2024** FECHA EMISIÓN: **18/07/2023**

REACTIVO	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Color Quick Fijador	Físico	Aspecto	Líquido verde translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs. Abs. λ máx. 1cm	612 – 622 nm 0.122 – 0.408	613 0.139
Color Quick I	Físico	Aspecto	Líquido naranja oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs. Abs. λ máx. 1:125 1cm	510 – 520 nm 1.127 – 1.380	511 1.137
Color Quick II	Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro translúcido sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. abs. Abs. λ máx. 1:125 1cm	627 – 637 nm 0.774 – 1.102	629 0.810

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra M.

Revisado y aprobado por coordinadora de Calidad (e):

Angelica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)